

Số: /SYT-NVY

Bình Định, ngày tháng 5 năm 2023

V/v thực hiện báo cáo sự cố
y khoa và khuyến cáo phòng ngừa

Kính gửi:

- Các đơn vị khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở;
- Bệnh viện Bình Định;
- Bệnh viện đa khoa Hoà Bình;
- Bệnh viện đa khoa Thu Phúc;
- Bệnh viện Mắt Sài Gòn - Quy Nhơn;
- Các phòng khám đa khoa tư nhân trên địa bàn tỉnh.

Ngày 26/12/2018 Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (có hiệu lực thi hành từ ngày 01/3/2019). Theo đó quy định các nội dung thực hiện tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh như: nhận diện sự cố y khoa; báo cáo và ghi nhận sự cố y khoa; tổng hợp báo cáo sự cố y khoa; phân loại sự cố y khoa; phân tích các yếu tố ảnh hưởng và nguyên nhân gốc; xử lý và phản hồi về báo cáo, xử lý sự cố y khoa; khuyến cáo phòng ngừa sự cố y khoa; khắc phục để phòng ngừa sự cố y khoa...

Ngày 10/5/2023 Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế đã ban hành Công văn số 551/KCB-QLCL&CDT về việc rà soát, đôn đốc thực hiện báo cáo sự cố y khoa và phòng ngừa (đính kèm).

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Y tế tại các văn bản nêu trên; nhằm cải tiến, nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh, an toàn cho người bệnh, Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo thực hiện một số nội dung sau:

1. Rà soát thu hồi và tạm ngưng sử dụng loại kim luân tĩnh mạch có cánh, có cửa bơm thuốc của hãng sản xuất Wellmed, Ấn Độ, số lô: 22744, 22877 (nếu có sử dụng). Theo báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai, người bệnh được dùng loại kim này đã gặp phải sự cố y khoa.

2. Chủ động phát hiện, báo cáo phân loại theo 11 nhóm sự cố đã được hướng dẫn tại phụ lục Thông tư số 43/2018/TT-BYT, chú ý đến nhóm sự cố liên quan đến vật tư y tế và thuốc (là các nhóm chiếm tỷ lệ cao theo kết quả khảo sát nhanh toàn quốc gần đây). Đặc biệt cần rà soát chất lượng các trang thiết bị y tế sử dụng trực tiếp trên người bệnh có nguy cơ gặp sự cố như các loại kim, ống thông dùng trong lòng mạch máu, dây truyền, ống hút dịch, ống nội soi... và thiết bị có khả năng gây tổn thương cho nhân viên y tế như ống xét nghiệm, ống thuốc, thiết bị điện...

3. Thường xuyên tổ chức tập huấn, tăng cường nâng cao trách nhiệm của từng nhân viên y tế trong việc phát hiện và tự nguyện báo cáo sự cố y khoa; hướng dẫn phổ biến cho người bệnh và người nhà người bệnh hợp tác trong việc nhận diện, báo cáo chính xác sự cố y khoa.

4. Thiết lập, triển khai hệ thống báo cáo sự cố y khoa bắt buộc, tự nguyện và động viên, khuyến khích duy trì báo cáo thường xuyên tại đơn vị.

5. Thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp và báo cáo đầy đủ sự cố y khoa định kỳ hàng quý (*trước ngày 05 của tháng liền kề sau*), đột xuất về Sở Y tế theo hướng dẫn tại Thông tư số 43/2018/TT-BYT; đặc biệt lưu ý báo cáo kịp thời các sự cố liên quan đến an toàn tính mạng người bệnh, nhân viên y tế để có thể đưa ra khuyến cáo cho các đơn vị khác.

Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn các trạm y tế, phòng khám đa khoa khu vực trực thuộc thực hiện các nội dung nêu trên; tổng hợp kết quả và báo cáo về Sở Y tế đúng thời hạn.

Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, Văn phòng, Thanh tra Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, NVY.

GIÁM ĐỐC

Lê Quang Hùng