

**BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
KHÁM, CHỮA BỆNH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /KCB-QLCL&CĐT
V/v rà soát, đôn đốc thực hiện báo
cáo SCYK và phòng ngừa

Hà Nội, ngày tháng năm 2023

Kính gửi:

- Các bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và thuộc trường Đại học;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Y tế các Bộ, ngành (sau đây gọi chung là các đơn vị).

Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 43/2018/TT-BYT hướng dẫn phòng ngừa sự cố y khoa trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, trong đó quy định các đơn vị báo cáo sự cố y khoa định kỳ, đột xuất và Cục Quản lý Khám, chữa bệnh được giao là đầu mối tổng hợp. Về việc triển khai Thông tư có hiệu lực từ ngày 1/3/2019, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh có ý kiến như sau:

1. Hoan nghênh một số bệnh viện trung ương đã gửi báo cáo sự cố y khoa theo đúng hướng dẫn như Bệnh viện Phụ Sản trung ương, Bệnh viện Nhi trung ương và đặc biệt gần đây là báo cáo đột xuất, có ý nghĩa của Bệnh viện Bạch Mai.

2. Các Sở Y tế và bệnh viện cần rút kinh nghiệm, thực hiện nghiêm túc việc tổng hợp và báo cáo đầy đủ sự cố y khoa định kỳ, đột xuất về cơ quan quản lý theo hướng dẫn tại Thông tư 43/2018/TT-BYT (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chưa nhận được báo cáo tổng hợp sự cố y khoa từ các Sở Y tế). Các đơn vị đặc biệt lưu ý báo cáo kịp thời các sự cố liên quan đến an toàn tính mạng người bệnh, nhân viên y tế để có thể đưa ra khuyến cáo cho các đơn vị khác.

3. Các bệnh viện rà soát thu hồi và tạm ngưng sử dụng loại kim luân tĩnh mạch có cánh, có cửa bơm thuốc của hãng sản xuất Wellmed, Ấn Độ, số lô: 22744, 22877 (nếu có sử dụng). Theo báo cáo của Bệnh viện Bạch Mai, người bệnh được dùng loại kim này đã gặp phải sự cố y khoa.

4. Các bệnh viện chủ động phát hiện, báo cáo phân loại theo 11 nhóm sự cố đã được hướng dẫn tại phụ lục Thông tư 43/2018/TT-BYT, chú ý đến nhóm sự cố liên quan đến vật tư y tế và thuốc (là các nhóm chiếm tỷ lệ cao theo kết quả khảo sát nhanh toàn quốc gần đây). Đặc biệt cần rà soát chất lượng các trang thiết bị y tế sử dụng trực tiếp trên người bệnh có nguy cơ gặp sự cố như các loại kim, ống thông dùng trong lòng mạch máu, dây truyền, ống hút dịch, ống nội soi... và thiết bị có khả năng gây tổn thương cho nhân viên y tế như ống xét nghiệm, ống thuốc, thiết bị điện...

5. Tăng cường tập huấn, nâng cao trách nhiệm của từng nhân viên y tế trong việc phát hiện và tự nguyện báo cáo sự cố y khoa; hướng dẫn phổ biến cho người bệnh và người nhà người bệnh hợp tác trong việc nhận diện, báo cáo chính xác sự cố y khoa.

6. Thiết lập, triển khai hệ thống báo cáo sự cố y khoa bắt buộc, tự nguyện và đồng viên, khuyến khích duy trì báo cáo thường xuyên.

Đề nghị các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Bộ trưởng (để b/c);
- Thứ trưởng Trần Văn Thuấn (để b/c);
- Các đ/c Phó Cục trưởng (để p/h chỉ đạo);
- Vụ: SKBMTE, TBCTYT, Cục QLYDCT (để p/h);
- Lưu: VT, QLCL&CĐT.

CỤC TRƯỞNG

Lương Ngọc Khuê