

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ Y TẾ

Số: /SYT-NVY

V/v phúc đáp báo cáo khắc phục
điều kiện về An toàn sinh học
của Phòng xét nghiệm 239B
Nguyễn Huệ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Định, ngày tháng năm 2023

Kính gửi: Phòng xét nghiệm 239B Nguyễn Huệ
(Địa chỉ: Số 239B Nguyễn Huệ, thành phố Quy Nhơn)

Căn cứ Nghị định số 103/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm;

Theo các nội dung báo cáo của Phòng xét nghiệm 239B Nguyễn Huệ về việc khắc phục kiểm tra an toàn sinh học.

Sau khi xem xét, Sở Y tế đề nghị đơn vị tiếp tục bổ sung, làm rõ, cung cấp thêm thông tin về các nội dung sau:

1/ Về cơ sở vật chất: Báo cáo chi tiết về diện tích khu vực/ bộ phận thực hiện 03 loại kỹ thuật: sinh hoá, huyết học và vi sinh, bộ phận lấy mẫu, tiếp đón, hành chính; mô tả cụ thể vật liệu bề mặt tường, sàn nhà, bàn xét nghiệm của các phòng thực hiện xét nghiệm; vị trí đặt vòi rửa mắt khẩn cấp;

2/ Về hồ sơ thiết bị: Giấy chứng nhận hiệu chuẩn máy ly tâm còn thiếu 01 trang kết quả hiệu chuẩn;

3/ Về quy trình/ quy định: Chưa chính xác, chưa cập nhật hướng dẫn Bộ Y tế.

+ Quy trình xử lý kết quả xét nghiệm (cần mô tả chi tiết việc trả phiếu kết quả xét nghiệm cho khách hàng);

+ Quy trình xử lý chất thải (rắn và lỏng);

+ Quy trình rửa mắt khẩn cấp;

+ Quy định bảo trì, bảo dưỡng các trang thiết bị;

4/ Về nhân sự: Cung cấp Hợp đồng, bản mô tả công việc và quyết định phân công của 2 nhân viên không có chứng chỉ hành nghề đang phụ việc.

Đề nghị Phòng xét nghiệm 239B Nguyễn Huệ rà soát, tiếp tục hoàn tất việc báo cáo Sở Y tế về kết quả khắc phục các sai phạm và cung cấp đầy đủ chứng cứ theo kết luận của Đoàn kiểm tra trước khi thực hiện việc tự công bố Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học trở lại.

Yêu cầu Chủ cơ sở nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thanh tra Sở Y tế;
- Phòng Y tế thành phố Quy Nhơn;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT Sở;
- Lưu: VT, NVY.

**KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC**

Nguyễn Văn Trung